


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.


Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

| 1                      | 2                 | 3                                | 4 | 5                                | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| Pos.-Nr.:<br>Item-no.: | Menge:<br>amount: | Benennung DE:<br>description DE: |   | Benennung EN:<br>description EN: |   |   |   |
| 1                      | 1                 | HF-Dichtung - Softshield 4850    |   | HF sealing                       |   |   |   |
| 2                      | 1                 | Hohlgestrick Dichtung 1570mm     |   | wire mesh sealing                |   |   |   |
| 3                      | 1                 | Hohlgestrick Dichtung 1530mm     |   | wire mesh sealing                |   |   |   |



Drahtgeflechtdichtung für Grundplatte

2



Drahtgeflechtdichtungen und Softshild Dichtungen werden in die dafür vorgesehene Nuten eingelegt.  
Das Geflecht kann bei Bedarf etwas gestaucht oder gestreckt werden.  
Die Nut muss vor Bestückung mit Reinigungsmitteln entfettet werden.  
Es sollten beim Wechseln der Dichtungen Handschuhe getragen werden.  
*Wire mesh sealing and SoftShield sealing are laid in the designated grooves.  
The mesh can be slightly compressed or stretched, as required.  
The groove must be degreased using a cleaning solution to ensure it is free from oil and grease (such as finger prints) before inserting the sealing.  
Gloves should be worn when replacing the sealing.*

|  |   |                                       |                    |                                  |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Maßstab/Scale: 1:3                     | Benennung/Designation:<br><b>ETK-HGD-AT SMA13/HF HF Dichtungs kit</b><br><i>ETK-HGD-AT SMA13/HF   replacement kit</i> | Artikel-Nr./PartNo.:<br><b>101787</b> | Index:<br><b>0</b> | Blatt/Sheet<br>1 von 1<br>DIN A3 |
| gespeichert/saved: 30.01.2019 15:32:25 |   |                                       |                    |                                  |
| Montageanleitung/instruction sheet     |   |                                       |                    |                                  |

